Microlife WS 80

1 ONSET Button
2 User Button
3 Down Button
4 Up Button
5 Battery Compartment
6 KG / LB / ST Switch

Display

1 Low Battery indication
2 Zero Setting
3 Weight Reading
4 Weight Unit
11 Gender
12 Age
13 Height
14 Body Fat Reading
15 Body Water Reading
16 Muscle Mass Reading
17 Bone Mass Reading
18 Body Index (BMI) Reading
19 Basal Metabolic Rate (BMR) Reading
20 Error

Read the instructions carefully before using this device.

Dear Customer,
This diagnostic scale allows you to evaluate your body composition. The knowledge of your body composition allows you to combine a correct nutrition and physical activity as essential conditions to improve the quality of life, promote health, and prevent pathologies.
Detailed user information about our products and about our services can be found at www.microlife.com.
Stay healthy – Microlife AG!

1. Important Facts about Body Composition

It is important to know the body composition of an individual in order to be able to estimate his/her health condition. It is not enough to know one's weight/even 17-26 % is considered as normal and for women between 22-31 %. The body fat % increases with the age.

Body Water
Body water % is an important indication of the overall well-being of a human being as water is the single most important component of the body weight. Research shows that the % of water is optimum, but normally there is no problem if the reading is 10 % higher or lower. The body water % is lower in childhood and decreases with age. Women, usually having more adipose tissue than men, have a lower water content (45-58 %) whereas men have about 60-62 %. Normally below 40 % would be seen as too low, and above 75 % as too high.

Body weight variations that take place in a few hours are completely normal and are due to water movements and the extra-cellular water is the only component subject to rapid variations in volume.

Muscle Mass
Muscle mass is important in determining a healthy body composition. A person with a higher % of muscle mass finds it easier to lose unneeded weight/ energy to do it. Exercise is very important in maintaining a healthy body and the muscle mass is also a valid indicator to control it. The normal muscle mass % on the body weight lies between 38-54 % for men and between 30-42 % for women depending on age and physical activity level.

Bone Mass
Bone mass increases rapidly in childhood and reaches its maximum between 30-40 years. It decreases slightly afterwards with increasing age.
Healthy nutrition, exercise activities including some level of muscle building can help to reduce bone degeneration. However, it is otherwise difficult to significantly influence bone mass.

Factors like age, gender, weight, and body frame have a small influence on the bone mass. Average adult bone mass is 1.5 % for male and 12 % for female. There are no recognised guidelines or recommendations relating to BMR.

Body Mass Index (BMI)
The BMI is the simple index of weight-for-height that is commonly used to classify underweight, overweight and obesity in adults. It is defined as the weight in kg / the height in m to the square of it. The WHO BMI classification is as follows:

- Normal: 18.50-24.99 kg/m²
- Underweight: under 18.50 kg/m²
- Overweight: over 24.99 kg/m²
- Obese: over 29.99 kg/m²

Basal Metabolic Rate (BMR)
The BMR in kcal is the amount of energy required by the body when in a state of complete rest. It is one of the basic functions. About 70 % of a human's total energy expenditure is due to the basal life processes within the organs of the body. About 20 % of one's energy expenditure comes from physical activities and another 10 % from the digestion of food.
An estimation can be calculated through an equation using age, sex, height, and weight. There are no recognised guidelines or recommendations relating to BMR.

2. Suggestions for Use

- Place the scale on a flat, hard surface. Soft, inaccurate flooring (e.g., rugs, carpets, linoleum) may cause the scale to give uneven reading of your weight.
- Step onto the scale with the weight evenly distributed and equally distributed.
- Stand still while the scale measures your weight.
- It is important to weigh yourself with dry, bare feet, correctly positioned on the electrodes. The sensor for the scale to work properly, avoid your legs touching. The scale is safe to use as many persons as you like everyone. The following people should not perform a diagnostic measurement:
  - pregnant women
  - people on cardiovascular medication
  - those fitted with a pace-maker or other forms of electronic implant
  - those with a temperature
  - children under the age of 10
  - those in dialysis, with oedemas on their legs, people with dimorphism or suffering from osteoporosis
- Always weigh yourself on the same scale each day at the same time, preferably undressed and before breakfast. To get the best results from your scale, weigh yourself under the same conditions. Remember that any other, your weight is between the two readings. Wait for about 15 minutes after getting up, as your body then can distribute itself around your body.
- The surface of the scale can be slippery, if wet.
- If an error occurs during the analysis of your body composition, the scale will display an error message.
- The precision of the measurement results can be altered in the following cases:
  - after a height / drug / caffeine level
  - after an intense activity
  - during an illness or pregnancy
  - after heavy meals or in presence of dehydration
  - your personal data (height, age, sex) have not been input correctly
  - if you have wet or dirty feet

NOTE: The body composition measured by this scale is to be considered only as approximate information. For more information, consult your physician or dietician.
NOTE: Only people between 10-100 years and those who are between 100-200 cm tall may use the body composition measurement function of this scale.

3. Using the Device for the First Time

How to insert batteries:
This scale operates with two replaceable lithium batteries. When the batteries are empty the display shows «LO» (!) or the battery symbol. Insert two new batteries in the battery compartment (5), with the positive pole upwards.

KG / LB / ST Switch
Located at the bottom of the scale, this switch (6) allows you to choose the unit of measurement for weighing: kg, lb or st.
Select your desired unit of measurement, always when the scale is turned on and «0.0» is displayed (otherwise the unit of measure cannot be changed).

Use as a simple scale
1. In order to get accurate measurements, place the scale on a firm level floor. **Turn the scale on by tapping it firmly with your foot** to activate the vibration sensor.
2. Wait a few seconds and when «0.0» (4) appears on the display screen, the scale is ready for use.
3. Step onto the scale and wait without moving. After a few seconds, the display screen will show your weight (3).
Do not lean on anything while being weighed as this could affect the results.
4. Step off the scales, the display screen will continue to show your weight for a few seconds then it will turn off automatically.
If the «ERR» (9) symbol is displayed, it means that an error has taken place during the measurement. Start the entire procedure again from the very beginning.

4. Entering Personal Data

This scale can memorise the data of 10 different persons.

1. Turn the scale on by pressing the ONSET button.
2. «P1» (1) or «P2» (1) will flash on the display, indicating the «01+» person: if you wish to change the memory location (memories from 01-10), press the ▼ (3) or ▲ (4) symbols. Once you have selected the desired location, press the ONSET (1) to confirm.
3. Press the ▼ (3) or ▲ (4) symbols to define your gender (11), then press ONSET (1) to confirm.
4. Use the ▼ (3) or ▲ (4) symbols to enter your year of birth (12), then press ONSET (1) to confirm.
5. Enter your height (from 100-200 cm) (13) using the ▼ (3) or ▲ (4) symbols to increase or decrease the value. Press USER (2) to confirm.
Now the display will show the next person in sequence in order for you to verify that they are correct. Then the scale is ready for measurements.
To change the data entered, recall the relevant memory location and repeat the procedure.
To enter another person's data, select a free memory location and repeat the procedure described under above.
NOTE: The scale will turn off automatically if no button is pressed within 10 seconds.

5. Calculation of Body Composition

1. Turn the scale on by pressing the ONSET button.
2. «P1» (1) or «P2» (1) will flash on the display, the «01+» person: if you wish to change the memory location (memories from 01-10), press the ▼ (3) or ▲ (4) symbols. Select your memory location and press USER (2) to confirm. The data entered as well as the last measured values will be viewed on the display and the «0.0» (4) will appear. To immediately start the measurement without viewing your personal data, press and hold down USER (2) again and «0.0» will be displayed right away.
Step on the scale barefoot making sure you place your bare feet over the two electrodes. The display will show the following data in succession:
- your weight (3); flashing 3 times
- your body fat percentage (14)
- your body water percentage (15)
- your muscle mass (16)
- your bone mass percentage (17)
- your BMR in kcal (19)
- your BMI in kg/m² (18)

The scale will turn off automatically after 5 seconds.
NOTE: Five half 8 digits will appear on the display to indicate that you are calculating your body composition. Do not step off the scale, after they have disappeared and your body fat percentage will be displayed.
NOTE: Start the entire procedure again from the very beginning, if the «ERR» (9) symbol is displayed.
If the display is not on «0.0» (4), it will not be possible to perform a measurement.
Compare the results obtained with the parameters listed in the table provided in Facts about Body Composition. If your results fall outside the normal values, we suggest you consult your doctor.

6. Important Safety Instructions

- This device may only be used for the purposes described in this instruction. The manufacturer cannot be held liable for damage caused by incorrect application.
- This device comprises sensitive components and must be treated with caution. Observe the storage and operating conditions presented in the «Technical Specifications» section.
- Protect it from:
  - water, moisture, and extreme temperatures
  - impact and pressure
  - contamination and dust
  - direct sunlight and cold
- Do not use this device if you think it is damaged or notice anything unusual.
- Never open this device.
- If the device is not going to be used for a prolonged period the batteries should be removed.
- Take the additional safety information in the individual sections of this instructions.

Ensure that children do not use this device unsupervised; some parts are small enough to be swallowed.

Device care
Clean the device only with a soft, dry cloth.

Disposal
Batteries and electronic devices must be disposed of separately from household waste. Dispose of with applicable regulations, not with domestic waste.

7. Guarantee

This device is covered by a **2 year guarantee** from the date of purchase. The guarantee is valid only on presentation of the guarantee card completed by the dealer (see back) confirming date of purchase or the receipt.
- This guarantee covers the instrument. Batteries and accessories are not included.
- Opening or altering the device invalidates the guarantee.
- The guarantee does not cover damage caused by improper handling, accidents, incorrect procedures or non-compliance with the operating instructions.
Please contact Microlife AG (see forework).

8. Technical Specifications

- Capacity: 180 kg / 397 lb / 28 st 5 lb
- Resolution: 0.1 kg / 0.2 lb / 1/4 st
- 10-person memory
- Two 3V lithium battery, CR 2032
- Precision and repeatability with a tolerance range of ±1 %
+/- 1 % + 0.1 kg / 0.2 lb / 1/4 st
Technical alterations reserved.

Microlife WS 80

1 Bouton ONSET
2 Bouton USER (utilisateur)
3 Bouton bas
4 Bouton haut
5 Logement des piles
6 Interrupteur KG / LB / ST

Ecran

7 Indicateur d'état de charge de la pile
8 Remise à zéro
9 Lecture du poids
10 Données utilisateur
11 Sexe
12 Age
13 Taille
14 Lecture du taux de graisse corporelle
15 Lecture du taux de masse hydrique
16 Lecture du taux de masse musculaire
17 Lecture du taux de masse osseuse
18 Lecture de l'Indice Masse Corporelle (IMC)
19 Lecture du Ratio de Métabolisme Basal (RMB)
20 Erreur

Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser ce produit.

Cher client,
Cet appareil vous permet d'évaluer votre composition corporelle. Cette information associée à une bonne nutrition et une activité physique adaptée vous offrira une meilleure qualité de vie.
Des informations complémentaires sont disponibles sur notre site internet: www.microlife.fr.
Restez en bonne santé avec Microlife AG!

1. Remarques importantes sur les compositions corporelles

Il est important de connaître les masses corporelles d'une personne pour être apte à évaluer son état de santé. Etre fat, la connaissance du poids ne suffit pas. En effet, mais cet un facteur nécessaire pour définir sa qualité en décomposition corporelle. Les valeurs de référence sont 17-26 % pour les femmes et 22-31 % pour les hommes. Le taux de graisse augmente avec l'âge.

Masse hydrique
La masse hydrique est un indicateur de «bien-être» étant donné que l'eau est l'élément individuel le plus important du poids. Des études montrent que l'optimum de la masse hydrique à 57 %,mais une lecture inférieure ou supérieure de 10 % est généralement sans problème. Le taux de masse hydrique est plus élevé chez un enfant et diminue avec l'âge. Les femmes, qui ont en général plus de tissu adipeux que les hommes, présentent un taux entre 50-62 % alors que les hommes ont plutôt un taux de 60-62 %. Une valeur en dessous de 40 % est en principe considérée comme trop faible, tandis qu'une supérieure à 70 % comme trop élevée.
Les variations de poids qui interviennent de quelques heures sont tout à fait normales et dues à la rétention hydrique étant donné l'eau extra-cellulaire est la seule composante sujette à des variations aussi rapides.

Masse musculaire
Cette masse est importante pour déterminer la composition d'un corps en bonne santé. La personne avec un pourcentage élevé de masse musculaire pourra plus facilement se mouvoir. Les exercices physiques sont importants pour maintenir une bonne santé et le pourcentage en est un bon indicateur à contrôler.
Chez l'homme, le pourcentage varie entre 38-54 % et 28-39% chez la femme. Ce pourcentage varie aussi selon l'âge et le niveau d'activité physique.

Masse osseuse
Cette masse augmente rapidement durant l'enfance, atteint son maximum entre 30-40 ans puis décroit doucement avec le temps.
Une nutrition saine associée à une activité sportive régulière comme l'exercice musculaire aide à entretenir et à développer ses os. Des facteurs comme l'âge, le sexe, le poids et la hauteur ont une légère influence sur cette masse. Chez les hommes, le pourcentage moyen est de 15%, chez les femmes il se situe autour de12%.

Indice de Masse Corporelle (IMC)
C'est un indice qui permet d'identifier le poids en sous poids, surpoids et obésité. Il est calculé en divisant le poids en kg par le carré de la taille en m. Par exemple.
La classification de l 'OMS est la suivante:

- Normal: 18.50-24.99 kg/m²
- Sous poids: < 18.50 kg/m²
- Sur poids: > 24.99 kg/m²
- Obésité: > 29.99 kg/m²

Ratio du Métabolisme Basal (RMB)
Par définition, c'est la quantité d'énergie nécessaire pour maintenir les fonctions vitales et basiques lorsque le corps est au repos. Environ 70 % de la dépense énergétique sont utilisées pour le maintien de ces fonctions vitales, 20% correspondent à l'activité physique et environ 10% pour la digestion des aliments.
Une estimation peut être faite en prenant en compte l'âge, le sexe, la hauteur et le poids. Il n'y pas à ce jour de classification de l'OMS.

2. Conseils d'utilisation

- Posez la balance sur une surface plane dure. Une surface molle, irrégulière (par ex. moquettes, linoléum) peut provoquer des lectures inexactes.
- Mettez-vous pieds nus au centre des deux plaques pesantes et de manière que le poids soit bien réparti.
- Restez tranquille pendant que la balance détermine votre poids.
- Veillez à vous peser les pieds secs et nus correctement placés sur les électrodes. En plus, pour garantir un fonctionnement correct de la balance, évitez que vos jambes ne se touchent.
- L'utilisation de cet appareil personne ne présente aucun risque. Cependant, par précaution, il n'est pas recommandé à certaines personnes d'utiliser ce produit:
  - Femmes enceintes
  - Personnes prenant des médicaments cardiovasculaires
  - Personnes munies d'un stimulateur cardiaque ou d'autres appareils médicaux électroniques
  - Personnes ayant de la fièvre
  - Enfants de moins de 10 ans
  - Personnes sous dialyse, ayant des oedèmes aux jambes, de l'ostéoporose ou présentant une dysmorphie osseuse
- Veillez à toujours vous peser au même moment de la journée, de préférence avant habits et avant le petit-déjeuner. Pour obtenir des résultats réalistes, nous vous conseillons de vous peser deux fois. Si les deux valeurs sont différentes, notez plutôt la valeur entre les deux lectures. Attendez 15 minutes après vous être levé pour que l'eau se répartisse dans votre corps.
- La surface de la balance peut être glissante si elle est humide.
- Si une erreur apparaît lors de la phase d'analyse de la balance, cette dernière affichera un message d'erreur.
- La précision des mesures peut être altérée dans les cas suivants:
  - Haut niveau d'alcool, de caféine ou de médicaments
  - Après une activité physique intense
  - Pendant une maladie ou une grossesse
  - Après des repas copieux ou en cas de présence de problèmes de déshydratation
  - En cas de saisie incorrecte des données personnelles (taille, âge, sexe)
  - Quand les pieds sont humides ou sales

NOTE: Les informations délivrées par cet appareil sont estimatives. Pour plus d'informations, veuillez consulter un médecin ou un diététicien.
NOTE: Seules les personnes âgées de 10-100 ans et mesurant entre 100-200 cm peuvent utiliser la fonction «mesure de la composition corporelle».

3. Première mise en service de l'appareil

Insertion de pile
La balance fonctionne avec deux piles au lithium remplacable. Quand les piles sont déchargées, l'écran affiche «LO» (!) ou le symbole pile. Insérez les piles neuves dans le compartiment (5) le pôle positif étant en haut.

Interrupteur KG / LB / ST
Placé au bas de la balance, cet interrupteur (6) permet de sélectionner l'unité de mesure du poids: kg, lb ou st.
Sélectionner l'unité de mesure souhaitée, uniquement lorsque l'appareil est allumé et affiche «0.0».

Utilisation comme simple balance
1. Afin d'obtenir une mesure précise, poser l'appareil sur une sol plane et dur. **Pour allumer le pèse-personne, appuyer brièvement avec votre pied.**
2. Attendre quelques secondes. Quand «0.0» (4) s'affiche, la balance est prête à l'emploi.
3. Rester sur la balance sans bouger et le résultat (3) s'affichera après quelques secondes.
Ne vous appuyez pas sur un support pendant la pesée. Cela pourrait fausser le résultat.
4. Redescendez de la balance. L'écran affichera le poids pendant quelques secondes puis s'éteindra automatiquement.
5. Si ligne «ERR» (9) s'affiche, une erreur est survenue pendant la mesure. Répétez toute la procédure à partir du début.

4. Saisie de données personnelles

Cette balance peut enregistrer les données de 10 utilisateurs.

1. Appuyer sur le bouton ONSET.
2. «P1» (1) ou «P2» (1) clignote à l'écran avec l'indication «01+» personne: si vous souhaitez changer de position de mémoire (de 01-10), presser ▼ (3) ou ▲ (4). Une fois la position sélectionnée, appuyez sur ONSET (1) pour confirmer.
3. Presser ▼ (3) ou ▲ (4) pour définir votre sexe (11), puis ONSET (1) pour confirmer.
4. Utilisez ▼ (3) ou ▲ (4) pour introduire votre année de naissance (12), puis presser ONSET (1) pour confirmer.
5. Entrez votre taille (entre 100-200cm) (13) au moyen de ▼ (3) ou de ▲ (4) pour augmenter ou diminuer la valeur. Presser USER (2) pour confirmer.
Maintenant, l'écran affichera tous les informations sauvegardées afin que vous puissiez vérifier qu'elles sont correctes. Votre balance est prête à peser.
Pour modifier des données, rappeler la position de mémoire respective et répétez toute la procédure.
Pour entrer les données d'une autre personne, sélectionnez une position de mémoire libre et répétez toute la procédure décrite ci-dessus.
NOTE: La balance s'éteint au bout de 10 secondes d'inactivité pour économiser la pile.

5. Calcul de la composition corporelle

1. Appuyer sur le bouton ONSET.
2. «P1» (1) ou «P2» (1) clignote à l'écran avec l'indication «01+» personne: si vous souhaitez changer de position de mémoire (de 01-10), presser ▼ (3) ou ▲ (4). Une fois la position sélectionnée, appuyez sur USER (2) pour confirmer. La donnée enregistrée la plus récente s'affichera ainsi que «0.0» (4). Pour effectuer une mesure sans visualisation de la dernière mesure, vous pouvez appuyer au préalable sur USER (2) et «0.0» apparaîtra directement.
3. Placez-vous sur la balance en veillant à ce que vos pieds nus se trouvent sur les électrodes. L'écran affichera les données suivantes en séquence:
Les variations de poids sont tout à fait normales et dues à la rétention hydrique étant donné l'eau extra-cellulaire est la seule composante sujette à des variations aussi rapides.
- votre poids (3); clignote 3 fois
- votre pourcentage de graisse corporelle (14)
- Votre pourcentage de masse hydrique (15)
- Votre masse musculaire en kg (16)
- Votre pourcentage de masse osseuse (17)
- Votre IMC en kg/m² (18)
- Votre métabolisme basal (RMB) en kcal (19)

La balance s'éteindra au bout de 5 secondes environ.
NOTE: Cinq demi-chiffres s'affichent pendant le début de l'analyse du diagnostic. Une fois les résultats affichés, vous pouvez descendre de la balance.
NOTE: En cas d'affichage du symbole «ERR» (9), démarrer depuis le début la procédure.
Si l'écran n'affiche pas «0.0» (4), il ne sera alors pas possible de réaliser une mesure.
Comparer les résultats obtenus avec les paramètres fournis dans «Remarques importantes sur les compositions corporelles». Si les différences sont importantes, consultez votre médecin.

6. Importantes précautions d'emploi

- Cet appareil est réservé aux applications décrites dans ce manuel. La société décline toute part de responsable de dommages provoqués par une application erronée.
- Cet appareil comprend des éléments sensibles et doit être traité avec précaution. Respectez les conditions de stockage et d'utilisation indiquées à la section «Caractéristiques techniques».
- Evitez de le protéger contre:
  - L'eau, l'humidité et des températures extrêmes
  - Des chocs et d'écrasement
  - Les saletés et la poussière
  - Les rayons solaires directs, la chaleur et le froid
- N'utilisez pas l'appareil si vous pensez qu'il est endommagé ou remarquez quelque chose de particulier.
- N'ouvrez jamais l'appareil.
- Si vous comptez ne pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée retirez les piles de celui-ci.
- Lisez attentivement les indications de sécurité mentionnées dans les différentes sections de ce mode de classification.

Ne laissez jamais les enfants utiliser l'appareil sans surveillance. Certaines pièces sont petites ou elles peuvent être avalées.

Entretien de l'appareil
Utilisez exclusivement un chiffon sec et doux pour nettoyer l'appareil.

Elimination de l'équipement
Les piles et appareils électroniques doivent être éliminés en conformité avec les réglementations locales, séparément des ordures ménagères.

7. Garantie

Cet appareil est assorti d'une garantie de **2 ans à** compter de la date d'achat. La garantie est seulement valable sur présentation de la carte de garantie dûment remplie par le revendeur (voir verso) avec la mention de la date d'achat ou le justificatif d'achat.
- La garantie couvre l'instrument. Elle ne s'applique pas aux piles et à l'emballage.
- Le fait d'ouvrir ou de modifier l'appareil invalide la garantie.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par une manipulation incorrecte, des piles déchargées, des accidents ou un non-respect du mode d'emploi.
Veuillez vous adresser au Service Microlife (voir avant-propos).

8. Caractéristiques techniques

- Capacité: 180 kg / 397 lb / 28 st 5 lb
- Graduation: 0.1 kg / 0.2 lb / 1/4 st
- Mémoire 10 utilisateurs
- Deux piles au lithium 3V, CR 2032
- Précision et répétabilité avec une plage de tolérance de +/- 1 % + 0,1 kg / 0.2 lb / 1/4 st
Sous réserve de modifications techniques.

Microlife WS 80

1 ONSET-painike
2 Käyttäjäpainike
3 Alas-painike
4 Ylös-painike
5 Paristokoteko
6 KG / LB / ST-näytön

Näyttö

7 Heikon pariston osoitin
8 Nollaus
9 Painolukema
10 Käyttäjän osoitin
11 Sukupuoli
12 Ikä
13 Pituus
14 Kehon rasvaprosuuslukema
15 Kehon vesiprosuuslukema
16 Kehon lihasmassalukema
17 Kehon luumassalukema
18 Painoindeksi (IMI)
19 Perusaineenvaihdunnan lukema
20 Erreur

Lue yhteet huolellisesti ennen kuin käytät laitetta.

Hyvä asiakas,
Tämän diagnostisen vn avulla pystyt mittaamaan kehosi koostumuksen. Tuloksista on apua sopivan tasapainon saavuttamiseksi terveen ruokavalion ja fyysisen aktiivisuuden kautta, jotka ovat perusedellytykset elämälaatuun ja terveyteen sekä estää sairauksia.
Lisätietoa tuotteistamme ja palvelustamme osoitteessa www.microlife.fi.
Pysty terveenä - Microlife AG!

1. Tärkeää tietoa kehon koostumuksesta

On tärkeää tuntea henkilön kehon rakenne, jotta pystyy arvioimaan hänen terveydentilaansa Pelkkä paino ei riitä vaan on myös selvitettävä määrätellä painon laatu. mikä merkitsee kehon jakamista kahteen eri päämassaan:

- rasvattoman massaan: luut, lihakset, sisäelimet, iho, veri
- rasvamassaan: rasvasolut

Kehon rasvaprosuus
Kehon rasvaprosuus saadaan laskemalla yhteen erisuuruisen rasvaa sekä ylimääräinen rasva (kehyttyä) rasvaa). Erisiojainen rasva on välttämätön aineenvaihdunnan normaalille, ja myös välttämätön rasvasolu, joka toimii ensisijaisesti on ylimääräistä, on välttämätön harrastaville henkilöille.
Mieshilä rasvaprosentti on normaalisti 17-26 % ja naisilla 17-26%. Rasva-arvot kasvavat iän myötä.

Kehon nesteprosuus
Kehon nesteprosuus on tärkeä henkilön yleisen yhdyvoinnin kannalta, sillä nesteä on kehon tärkein yksittäinen kehon painoon vaikuttava osatekijä. Tutkimukset osoittavat, että nesteprosuuri on optimaalinen on 57 %. Prosenttiluku voi vaihdella 10 % mieltuin arvon ylöllemin poikki, ilman että se on normaalia. Kehon nesteprosentti on suurempi lapsilla kuin aikuisilla ja se vähenee iän myötä. Aikuisten naisten prosentti on noin 55-58 %,jotkun suuremmista rasvakudoksen määrästä. Miehillä nesteprosentti on yleensä noin 60-62 %. Yleisesti 40 % pidetään liian pienenä ja 70 % liian suurena määränä.
Kahden painon vaihtelu muutaman tunnin sisällä on hyvin normaalia ja johtuu veden liikkumisesta kehossa, sillä solujen ulkopuolella oleva neste on arvoa kehon rakennetaan, jonka nestemäärää voi vaihdella nään nopeasti.

Lihasmassa
Kehon lihasmassalukema on tärkeä tekijä kehon koostumuksen määrittämisessä. Ihminen, jolla on korkea lihasmassaprosentti, liikkuu helpommin mutta kuuttaa liikuttamiseen myös enemmän energiaa. Liikunnan on hyvin tärkeää terveen kehon ylläpitämiseksi ja lihasmassaprosentti on yksi hyvä kontrollin väline.
Miehillä normaali lihasmassaprosentti on 38-54 %, naisilla 28-39 %. Lihasmassaprosentti riippuu iästä ja fyysisen liikunnan määrästä.

Luumassa
Luumassa lisääntyy nopeasti lapsuuden aikana ja yltää huippuunsa 30-40 ikävuoden välillä. Tämän jälkeen se pienenee vanhenemisen myötä.
Terve ruokavalio ja säännöllinen liikunta, joka sisältää myös lihasvoimaharjoituksia, auttaa estämään luiden hauraustumista. Lihasmassan määrään on muuta tavoin kuin vähäisessä määrin.
Iä, sukupuoli, paino ja pituus ovat tekijöitä, jotka on pieni vaikutusta luumassan määrään. Merkki luumassan määrä kehossa on keskimäärin 15 % ja naisilla 12 %. Luumassaan liittyy ei ole tunnettuja suosituksia.

Painoindeksi (BMI)
Painoindeksi on yksinkertainen indeksi, jota käytetään yleisesti ylipainon, ylipainon ja alipainon määrittämiseen. Indeksi saadaan jakamalla paino (kg) jokuden neliöllä. WHO luokittelee BMI:n seuraavasti:

- Normaali: 18.50-24.99 kg/m²
- Alipaino: alle 18.50 kg/m²
- Ylipaino: yli 24.99 kg/m²
- Liikalihavuus: yli 29.99 kg/m²

Perusaineenvaihdunta
Perusaineenvaihdunta kilokaloreissa on yhtä kuin se määrä energiaa, jonka kehon tarvitsee ylläpitääkseen perustoiminnot. Perustoimintojen ylläpitämiseen kuluu noin 70 % ihmisekin energiasta kokonaistuloksesta. Noin 20 % energiasta kuluu fyysisiin aktiviteetteihin ja noin 10 % ruoansulatukseen.
Perusaineenvaihdunta voidaan arvioida iän, sukupuolen, painon ja pituuden perusteella. Tähän ei kuitenkaan ole olemassa mitään virallista suositusta.

2. Käyttöön liittyviä ehdotuksia

- Aseta vaaka tasaiselle ja kovalle alustalle. Pehmeä ja epätasainen alusta, esim. tuotteet, matot, muovimatto, saattaa vääristää painolukeman.
- Astu vaa'alle jalat symmetrisesti ja paino jakautuneena tasaisesti kummallekin jalalle.
- Seiso paikallaa kun laite määrittää mittaa painosi. On tärkeää, että seisotat mittauksen kuvin, paljain jalo in niin, että jalat eivät kosketa toisiaan. Tämä koskettamasta jalkoja toisiinsa, jotta vaaka toimisi moitteettomasti.
- Vaaka on tunnillinen ja sitä on jokaisen helppo käyttää. Seuraavien henkilöiden ei tulisi suorittaa diagnostista mittausta:
  - raskaana olevat naiset
  - syydän- ja verisuonilääkkeitä käyttävät henkilöt
  - sydämentahdistajaa tai muuntakiin elektronista lääkinnällistetta käyttävät henkilöt
  - henkilöt, jotka on kuumeinen
  - alle 10-vuotiaat lapset
  - henkilöt, jotka on dialyysi, turvotusta jaloissa, dimorfismi tai osteoporoosi
- Punnitse itsesi päivittäin samalla vaa'alla samaan kellonaikaan, mieluiten ilman vaatetusta ja ennen aamiaista. Mahdollisten virhelukemien välttämiseksi, punnitse itsesi kahdesti ja jos painolukemat eroavat toisistaan, punnitse itsesi vielä kerran kahden lukeman välillä. Kun nousat aamulla ylös sängystä, odota noin 15 minuutin ajan ennen kuin aloitat mittauksen, jotta neste ehtii jakaantua tasaisesti koko kehoon.
- Vaa'an pinta saattaa olla liukas, jos se on märkä.
- Mikäli laitteessa ilmenee virhe, se näyttää virheilmoituksen.
- Mittaustulos voi olla virheellinen seuraavissa tapauksissa:
  - korkea alkoholipitoisuus, kofeiini- tai lääkeainepitoisuus
  - mittaus rasittavan fyysisen suorituksen jälkeen
  - mittaus sairauden aikana tai raskauden aikana
  - mittaus ruokaan aterian jälkeen tai nesteenkuluttajan yhteydessä
  - jos henkilökohtaisissa tiedoissa on virhe (pituus, ikä, sukupuoli)
  - jos mittaus suoritetaan märillä tai likaisilla jalkoilla

Huomaa: Tämä vaaka antaa vain arvioin kehon koostumuksesta. Jos haluat tarkempaa tuloksia, käänny lääkärin tai ravintoterapeutin puoleen.
Huomaa: Ainoastaan 10-100 vuotiaat sekä 100-200 cm pitkät henkilöt voivat mitata kehonsa koostumuksen tämän vn avulla.

3. Laitteen käyttöönnsimmäistä kertaa

Pariston asettaminen paikoilleen
Tämä vaaka toimii kahden vaihdettavan litium -paristo avulla. Kun paristot ovat tyhjät, näytöllä «ikkuna «LO» (!) tai paristo -merkki. Aseta kaksi uutta paristoa lokeroon (5) positiivinen napa ylöspäin.

KG / LB / ST-kytkin
Sijaitsee vn en pohjassa ja sen avulla pystyy vaihtamaan mittayksikköä (6): kg, lp (pound) tai st (stone).
Valitse mittayksikkö ja vaa'an vaaka on kytkettä päälle «0.0» näkyy näytöllä (muussa tapauksessa mittayksikköä ei pysty vaihtamaan).

Käyttö tavallisena vaakana
1. Mahdollisimman tarkkojen mittaustuloksien saamiseksi, aseta vaaka vankalle tasaiselle. **Laita vaaka päälle napauttamalla sitä heltäsi jalalla.** Tämä aktivoi tärinäanturin.
2. Odota muutama sekunti ja kun näytöstin ilmestyy «0.0» (4), vaaka on valmis käyttöömme.
3. Astu vaa'alle ja odota muutama sekunti kiikumatta; pesäkkä. Celle pysyvät hiukan paikoillaan. Näytöllä näkyy sitten painolukema (3).
Älä nojaa mihinkään mittauksen aikana, koska se voi vaikuttaa tuloksiin.
4. Astu pois vaa'alta; näytössä näkyy näytöllä vielä muutaman sekunnin ajan. Tämän jälkeen vaaka sammuu automaattisesti.
5. Jos näytölle ilmestyy «ERR» (9)-merkki, se tarkoittaa että, että mittauksen aikana on syntynyt virhe. Aloita mittaus uudelleen alusta.

4. Henkilökohtaisten tietojen syöttäminen

Vaa'an muistiin mahtuu 10 eri henkilön tiedot.

1. Käynnistä vaaka painamalla ONSET painiketta.
2. «P1» (1) tai näkyy näytöllä ja vilttaa «01+ henkilön: jos haluat valitse toisen muistipaikan, paina ▼ (3) tai ▲ (4). Kun olet valinnut haluamasi muistipaikan, paina ONSET (1) vahvistaaksesi.
3. Paina ▼ (3) tai ▲ (4) valitaksesi sukupuolen (11). Paina ONSET (1) vahvistaaksesi valinnan.
4. Käytä ▼ (3) tai ▲ (4) merkkiä syntymävuosi (12). Paina ONSET (1) vahvistaaksesi valinnan.
5. Syötä pituutesi (100-200) (13) käyttäen ▼ (3) tai ▲ (4) merkkiä suurentaaksesi tai pienentääksesi lukua. Paina USER (2) vahvistaaksesi.
Nyt näytöllä ilmestyvät tallennetut tiedot järjestyksessä, jotta voit tarkistaa ne. Sitten vaaka on valmis mittauksia varten.
Jos haluat muuttaa tallennettuja tietoja, hae kyseinen muistipaikka ja toista koko edellä esitetty prosessi.
Jos haluat syöttää uuden henkilön tiedot, valitse vapaa muistipaikka ja toista koko edellä esitetty prosessi.
NOTE: Vaaka sammuu automaattisesti, jos mitään painiketta ei paineta 10 sekunnin sisällä.

5. Kehon koostumuksen mittaaminen

1. Käynnistä vaaka painamalla ONSET painiketta.
2. «P1» (1) tai näkyy näytöllä ja vilttaa «01+ henkilön: jos haluat valitse toisen muistipaikan, paina ▼ (3) tai ▲ (4). Kun olet valinnut haluamasi muistipaikan, paina USER (2) vahvistaaksesi. Viimeksi tallennetut tiedot näkyvät näytöllä, jonka jälkeen ja se vilkenee ja näyttöön ilmestyy «0.0» (4). Jos haluat suorittaa mittauksen suoraan ilman tallennettuja tietoja, paina USER (2) uudelleen. Nyt «0.0» näkyy näytöllä.
3. Astu vaa'alle paljain jalkoin niin, että jalat osuvat vaa'alla elektrodeihin. Näytöllä näkyvät seuraavat tiedot seuraavassa järjestyksessä:
Painosi vaihtelee hieman päivän aikana, koska kehosi nesteprosentti on suurempi aamulla kuin illalla.
- painosi (3); vilkkuu 3 kertaa
- kehosi rasvaprosentti (14)
- kehosi nesteprosentti (15)
- kehosi lihasmassaprosentti kiloissa (16)
- kehosi luumassaprosentti (17)
- kehosi IMI (18)
- kehosi perusaineenvaihdunnan kilokaloreissa (kcal) (19)

Vaaka sammuu automaattisesti noin 5 sekunnin kuluttua.
Huomaa: Viisi puolikasta 8 numeronmerkkiä ilmestyy näytölle ja ilmoittaa, että diagnostinen mittaus on käynnissä. Voit poistua vaa'alta kun numeronmerkit ovat hävinneet näytöltä ja rasvaprosenttisi näytetään.
Huomaa: Aloita mittaus alusta, jos «ERR» (9) merkki näkyy näytöllä.
Mikäli näyttö ei ole «0.0» (4) asennossa, mittausta ei pysty suorittamaan.
Verrattuasi tuloksia parametreihin jotka on listatt